



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Π.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
Γ.Ν « ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ »
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δ/ΝΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Πληροφορίες: Π. ΦΑΛΕΤΑ
Πλατεία Έλενας Βενιζέλου 2, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα
Τηλ. 210 – 64.32.226 (Εσωτερικό 2246)
EMAIL: medical-dept@hospital-elena.gr

Αθήνα, 31/3/26
Αρ.πρωτ: 8

ΠΡΟΣ: Επιστημονικό
Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Προμήθεια συστήματος πολυκαναλικού υποδοχέα λαπαροσκοπικών εργαλείων μιας τομής

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την προμήθεια της περιγραφόμενης συσκευής η οποία θα χρησιμοποιηθεί σε χειρουργική επέμβαση προφυλακτικής αμφοτερόπλευσης μαστεκτομής και αποκατάστασης ενδοσκοπικά υποβοηθούμενης, προγραμματισμένης για τις 15/4/2026

Προδιαγραφές συσκευής: Σύστημα μιας χειρουργικής τομής το οποίο να αποτελείται α) από διάφανο ατραυματικό διαστολέα διαστάσεων 60mm x 60mm, από ελαστομερές πολυουρεθάνη, χωρίς λάτεξ (Latex Free), με εύκαμπτο δακτύλιο σε κάθε άκρο, μπλέ χρώματος ο εξωτερικός, λευκού χρώματος ο εσωτερικός με κορδόνι για προσανατολισμό, εύκολη τοποθέτηση και απομάκρυνση β) από σκληρό πλαστικό δακτύλιο, καπάκι του διαστολέα και γ) από το κυρίως σώμα, το οποίο να αποτελείται από ειδική αποσπώμενη διάφανη σιλικόνη η οποία θα φέρει ενσωματωμένα 3 τροκάρ σιλικόνης 10mm, 1 τροκάρ σιλικόνης 12mm, 1 βαλβίδα για την διατήρηση συνεχούς ροής πνευμοπεριτοναίου και 1 βαλβίδα απαγωγής καπνού. Το σύστημα μεγιστοποιεί την έκθεση του πεδίου, περιορίζοντας το εύρος της τομής, ενώ δεν επιφέρει τραύμα και πόνο. Διατηρεί την υγρασία στην τομή, περιορίζει την απώλεια αίματος, επιτρέπει την άμεση όραση του πεδίου κατά την διάρκεια της επέμβασης και παρέχει ευχέρεια κινήσεων στον χειρουργό. Να διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία σκληρού πλαστικού Blister

Ενδεικτικό κόστος: 700 Ευρώ

1^η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
Γ.Ν. « ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ »
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Κοινοποίηση: Γραφείο Διοίκησης