

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΙΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ (HIGH FLOW)

- Να είναι ο σωλήνας κατασκευασμένος από ειδικό υλικό που απορροφά την υγρασία και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο λοιμώξεων
2. Να παρέχει προστασία από τσακίσματα και να είναι ανθεκτικός στη σύνθλιψη ώστε να είναι ασφαλέστερη η παροχή οξυγονοθεραπείας στα νεογνά
 3. Να διαθέτει αυτοκόλλητα που να διατηρούν εύκολα την σταθερότητα των σωλήνων στα μάγουλα του νεογνού
 4. Να διαθέτει ανατομικά σχεδιασμένες ρινικές περόνες, μαλακές στην αφή, με ειδικά σχεδιασμένο περίγραμμα για τα ευαίσθητα ανατομικά χαρακτηριστικά του βρέφους και σχεδιασμένες για να παρέχουν ροή άνετα, χωρίς τραυματισμό του προσώπου
 5. Να προσφέρεται σε μεγέθη κατάλληλα για πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά
 6. Να είναι συμβατό με το κύκλωμα Optiflow της Fisher and Paykel και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο Fisher and Paykel

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ
ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ

Σετ κυκλώματος αερισμού των νεογέννητων με οξυγόνο μέσω της συσκευής ανάνηψης ΝΕΟΡUFF, η οποία για να λειτουργήσει χρειάζεται απαραίτητως αναλώσιμα υλικά μιας χρήσης όπως:

1. Εύκαμπτο σωλήνα μιας χρήσης σπирάλ μη αποστειρωμένο συμβατό με το κύκλωμα Fiscer @ Paykel.
2. Μάσκες μιας χρήσης μη αποστειρωμένες, ειδικής διαμέτρου 50mm και 60mm και 42mm που εφαρμόζουν στα νεογνά για τον επαρκή αερισμό τους και παρέχουν οξυγόνο στα νεογνά καί πρόωρα νεογνά μόλις γεννιούνται στην αίθουσα Τοκετών. Πρέπει να είναι συμβατές με την συσκευή ανάνηψης ΝΕΟΡUFF και να συνδέονται με τον ειδικό σπирάλ σωλήνα.