

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	N0053	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 6cm	Ο αεραγωγός να είναι από ατραυματικό και εύκαμπτο Nylon. Το πάνω μέρος του να είναι άκαμπτο ώστε να εξασφαλίζει και το πέρασμα του σωλήνα αναρρόφησης. Τα άκρα που έρχονται σε επαφή με ιστούς να είναι μαλακά και στρογγυλεμένα. Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένος Νο 0,1,2
2	N0054	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 8cm (ΠΡΑΣΙΝΟ)	Ο αεραγωγός να είναι από ατραυματικό και εύκαμπτο Nylon. Το πάνω μέρος του να είναι άκαμπτο ώστε να εξασφαλίζει και το πέρασμα του σωλήνα αναρρόφησης. Τα άκρα που έρχονται σε επαφή με ιστούς να είναι μαλακά και στρογγυλεμένα. Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένος Νο 0,1,2
3	N0074	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 9cm (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)	Ο αεραγωγός να είναι από ατραυματικό και εύκαμπτο Nylon. Το πάνω μέρος του να είναι άκαμπτο ώστε να εξασφαλίζει και το πέρασμα του σωλήνα αναρρόφησης. Τα άκρα που έρχονται σε επαφή με ιστούς να είναι μαλακά και στρογγυλεμένα. Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένος Νο 0,1,2
4	N0107	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 2 ΧΩΡΙΣ Cuff	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff από θερμοευαίσθητο P.V.C., με ακτινοσκοιερή γραμμή καθ' όλο το μήκος (πλήρως διαφανής), με μεγάλη και ευδιάκριτη διαβάθμιση και αρίθμηση ανά 0,5cm, με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο, λείοι. Το άκρο του ενδοτραχειακού να είναι έντονα μαρκαρισμένο κατά μήκος 2cm ώστε να διευκολύνεται η οπτική θεώρηση του βάθους εισαγωγής. Να είναι latex-free,dehp-free,μ.χ,αποστειρωμένοι. Να προσφερθούν σε μεγέθη Νο2

5	N0111	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 2,5 ΧΩΡΙΣ Cuff	Οι τραχειοσωλήνες χωρίς cuff (αεροθάλαμος) πρέπει να είναι σιλικοναρισμένος για χρήση μακράς διάρκειας. Να φέρουν ενδείξεις oral/nasal για στοματοτραχειακή και ρηνοτραχειακή διασωλήνωση, επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, επαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην θερμοκρασία του ασθενούς. Να είναι αποστειρωμένοι, μιάς χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Myrpfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.
6	N0049	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 3 ΧΩΡΙΣ Cuff	Οι τραχειοσωλήνες χωρίς cuff (αεροθάλαμος) πρέπει να είναι σιλικοναρισμένος για χρήση μακράς διάρκειας. Να φέρουν ενδείξεις oral/nasal για στοματοτραχειακή και ρηνοτραχειακή διασωλήνωση, επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, επαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην θερμοκρασία του ασθενούς. Να είναι αποστειρωμένοι, μιάς χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Myrpfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.
7	N1006	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 3,5 ΧΩΡΙΣ Cuff	Οι τραχειοσωλήνες χωρίς cuff (αεροθάλαμος) πρέπει να είναι σιλικοναρισμένος για χρήση μακράς διάρκειας. Να φέρουν ενδείξεις oral/nasal για στοματοτραχειακή και ρηνοτραχειακή διασωλήνωση, επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, επαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην θερμοκρασία του ασθενούς. Να είναι αποστειρωμένοι, μιάς χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Myrpfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.

8	N0108	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 4 ΧΩΡΙΣ Cuff	Οι τραχειοσωλήνες χωρίς cuff (αεροθάλαμος) πρέπει να είναι σιλικοναρισμένος για χρήση μακράς διάρκειας. Να φέρουν ενδείξεις oral/nasal για στοματοτραχειακή και ρηνοτραχειακή διασωλήνωση, επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, επαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην θερμοκρασία του ασθενούς. Να είναι αποστειρωμένοι, μιάς χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Myrpfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.
9	N0291	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 4,5 ΧΩΡΙΣ Cuff	Οι τραχειοσωλήνες χωρίς cuff (αεροθάλαμος) πρέπει να είναι σιλικοναρισμένος για χρήση μακράς διάρκειας. Να φέρουν ενδείξεις oral/nasal για στοματοτραχειακή και ρηνοτραχειακή διασωλήνωση, επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, επαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην θερμοκρασία του ασθενούς. Να είναι αποστειρωμένοι, μιάς χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Myrpfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.
10	N0109	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 5 ΧΩΡΙΣ Cuff	Οι τραχειοσωλήνες χωρίς cuff (αεροθάλαμος) πρέπει να είναι σιλικοναρισμένος για χρήση μακράς διάρκειας. Να φέρουν ενδείξεις oral/nasal για στοματοτραχειακή και ρηνοτραχειακή διασωλήνωση, επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, επαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην θερμοκρασία του ασθενούς. Να είναι αποστειρωμένοι, μιάς χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Myrpfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.

11	N0213	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 5,5 ΧΩΡΙΣ Cuff	Οι τραχειοσωλήνες χωρίς cuff (αεροθάλαμος) πρέπει να είναι σιλικοναρισμένος για χρήση μακράς διάρκειας. Να φέρουν ένδειξεις oral/nasal για στοματοτραχειακή και ρηνοτραχειακή διασωλήνωση, επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, επαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην θερμοκρασία του ασθενούς. Να είναι αποστειρωμένοι, μιάς χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Myrpfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.
12	N0229	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 6 ΧΩΡΙΣ Cuff	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff από θερμοευαίσθητο P.V.C., με ακτινοσκιερή γραμμή καθ' όλο το μήκος (πλήρως διαφανής), με μεγάλη και ευδιάκριτη διαβάθμιση και αρίθμηση ανά 0,5cm, με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο, λείο. Το άκρο του ενδοτραχειακού να είναι έντονα μαρκαρισμένο κατά μήκος 2cm ώστε να διευκολύνεται η οπτική θεώρηση του βάθους εισαγωγής. Να είναι latex-free,dehp-free,μ.χ,αποστειρωμένοι. Να προσφερθούν σε μεγέθη Νο6
13	N0170	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 6 ΜΕ Cuff	Οι τραχειοσωλήνες να έχουν profile soft-seal cuff (αεροθάλαμος) που ακολουθεί τον αναπνευστικό κύκλο και δεν πιέζει το ίδιο σημείο της τραχείας. Να είναι επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, απαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην ανατομία του ασθενούς. Το cuff (αεροθάλαμος) να είναι σφαιρικό, κατασκευασμένο από υλικό που ελαχιστοποιεί την δίοδο των αναισθητικών αερίων. Να φέρουν ένδειξη μήκους (σε cm) επάνω στον τραχειοσωλήνα. Να διαθέτουν μπαλονάκι μπαλονάκι ακριβούς αίσθησης του cuff όπου να αναγράφεται το μέγεθος του τραχειοσωλήνα. Να φέρουν ένδειξη-σήμανση ορίου πάνω απο το cuff για την αποφυγή εκλεκτικής διασωλήνωσης βρόγχου. Να είναι αποστειρωμένοι, μιάς χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Myrpfy eye. Να φέρουν

			σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.
14	N0110	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 6,5 ME Cuff	Οι τραχειοσωλήνες να έχουν profile soft-seal cuff (αεροθάλαμος) που ακολουθεί τον αναπνευστικό κύκλο και δεν πιέζει το ίδιο σημείο της τραχείας. Να είναι επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, απαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην ανατομία του ασθενούς. Το cuff (αεροθάλαμος) να είναι σφαιρικό, κατασκευασμένο από υλικό που ελαχιστοποιεί την δίοδο των αναισθητικών αερίων. Να φέρουν ένδειξη μήκους (σε cm) επάνω στον τραχειοσωλήνα. Να διαθέτουν μπαλονάκι μπαλονάκι ακριβούς αίσθησης του cuff όπου να αναγράφεται το μέγεθος του τραχειοσωλήνα. Να φέρουν ένδειξη-σήμανση ορίου πάνω από το cuff για την αποφυγή εκλεκτικής διασωλήνωσης βρόγχου. Να είναι αποστειρωμένοι, μίας χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Myrpfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.
15	N0199	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 7 ME Cuff	Οι τραχειοσωλήνες να έχουν profile soft-seal cuff (αεροθάλαμος) που ακολουθεί τον αναπνευστικό κύκλο και δεν πιέζει το ίδιο σημείο της τραχείας. Να είναι επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, απαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην ανατομία του ασθενούς. Το cuff (αεροθάλαμος) να είναι σφαιρικό, κατασκευασμένο από υλικό που ελαχιστοποιεί την δίοδο των αναισθητικών αερίων. Να φέρουν ένδειξη μήκους (σε cm) επάνω στον τραχειοσωλήνα. Να διαθέτουν μπαλονάκι μπαλονάκι ακριβούς αίσθησης του cuff όπου να αναγράφεται το μέγεθος του τραχειοσωλήνα. Να φέρουν ένδειξη-σήμανση ορίου πάνω από το cuff για την αποφυγή εκλεκτικής διασωλήνωσης βρόγχου. Να είναι αποστειρωμένοι, μίας χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Myrpfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.

16	N0056	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 7,5 ΜΕ Cuff	Οι τραχειοσωλήνες να έχουν profile soft-seal cuff (αεροθάλαμος) που ακολουθεί τον αναπνευστικό κύκλο και δεν πιέζει το ίδιο σημείο της τραχείας. Να είναι επαρκώς σκληροί κατά την διασωλήνωση, απαλείφοντας την ανάγκη χρήσης οδηγού, αλλά θερμοευαίσθητοι ώστε να προσαρμόζονται στην ανατομία του ασθενούς. Το cuff (αεροθάλαμος) να είναι σφαιρικό, κατασκευασμένο από υλικό που ελαχιστοποιεί την δίοδο των αναισθητικών αερίων. Να φέρουν ένδειξη μήκους (σε cm) επάνω στον τραχειοσωλήνα. Να διαθέτουν μπαλονάκι μπαλονάκι ακριβούς αίσθησης του cuff όπου να αναγράφεται το μέγεθος του τραχειοσωλήνα. Να φέρουν ένδειξη-σήμανση ορίου πάνω από το cuff για την αποφυγή εκλεκτικής διασωλήνωσης βρόγχου. Να είναι αποστειρωμένοι, μίας χρήσης, για μικρή και μεγάλη διάρκεια χρήσης χειρουργείου. Να διαθέτουν Myrpfy eye. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων. Να προσκομισθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας επι ποινή απόρριψης.
17	N0235	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 2	Ενδοτραχειακοί σωλήνες No 2 με πρόσθετο αυλό για έγχυση φαρμάκων (surfactant) ή μέτρηση πιέσεων τραχείας από θερμοευαίσθητο P.V.C, ακτινοσκοπικοί σε όλο το μήκος, με μεγάλη και ευδιάκριτη διαβάθμιση και αρίθμηση ανά 0,5cm, με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο, λείο, χωρίς cuff . Το άκρο του ενδοτραχειακού να είναι έντονα μαρκαρισμένο κατά 2cm ώστε να διευκολύνεται η οπτική θεώρηση του βάθους εισαγωγής. Να είναι Latex-free, DEHP-Free, μ.χ, αποστειρωμένοι.
18	N1003	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 2,5	Ενδοτραχειακοί σωλήνες No 2,5 με πρόσθετο αυλό για έγχυση φαρμάκων (surfactant) ή μέτρηση πιέσεων τραχείας από θερμοευαίσθητο P.V.C, ακτινοσκοπικοί σε όλο το μήκος, με μεγάλη και ευδιάκριτη διαβάθμιση και αρίθμηση ανά 0,5cm, με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο, λείο, χωρίς cuff . Το άκρο του ενδοτραχειακού να είναι έντονα μαρκαρισμένο κατά 2cm ώστε να διευκολύνεται η οπτική θεώρηση του βάθους εισαγωγής. Να είναι Latex-free, DEHP-Free,

			μ.χ,αποστειρωμένοι.
19	N1004	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 3	Ενδοτραχειακοί σωλήνες Νο 3 με πρόσθετο αυλό για έγχυση φαρμάκων (surfactant) ή μέτρηση πιέσεων τραχείας από θερμοευαίσθητο P.V.C, ακτινοσκοιοί σε όλο το μήκος , με μεγάλη και ευδιάκριτη διαβάθμιση και αρίθμηση ανά 0,5cm, με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο, λείοι, χωρίς cuff . Το άκρο του ενδοτραχειακού να είναι έντονα μαρκαρισμένο κατά 2cm ώστε να διευκολύνεται η οπτική θεώρηση του βάθους εισαγωγής. Να είναι Latex-free,DEHP-Free, μ.χ,αποστειρωμένοι.
20	N1005	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 3,5	Ενδοτραχειακοί σωλήνες Νο 3,5 με πρόσθετο αυλό για έγχυση φαρμάκων (surfactant) ή μέτρηση πιέσεων τραχείας από θερμοευαίσθητο P.V.C, ακτινοσκοιοί σε όλο το μήκος , με μεγάλη και ευδιάκριτη διαβάθμιση και αρίθμηση ανά 0,5cm, με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο, λείοι, χωρίς cuff . Το άκρο του ενδοτραχειακού να είναι έντονα μαρκαρισμένο κατά 2cm ώστε να διευκολύνεται η οπτική θεώρηση του βάθους εισαγωγής. Να είναι Latex-free,DEHP-Free, μ.χ,αποστειρωμένοι.